

Prüfprotokoll (wiederkehrende Prüfung lt. DIN EN 62353)

Standort		
Straße/HausNr.:		
PLZ/Ort:		
Benutzername:		
Liegentyp:		
Hersteller/Adresse:	ISKO KOCH GmbH, Egerländer Str. 28, 95448 Bayreuth	
Serien-Nummer:		Prüfung vor Inbetriebnahme
Inventar-Nummer:		wiederkehrende Prüfung (alle 2 Jahre)
Schutzklasse:		Prüfung nach Reparatur/Instandsetzung
MPG Klassifizierung:	Klasse I	

Schritte der Prüfung		bestanden		Beschreibung Schaden/Mangel
		Ja	Nein	
Sichtprüfung				
Steuerbox	Beschädigung, Kabelverlegung			
Antriebe	Beschädigung, Kabelverlegung			
Handscharter	Beschädigung, Kabel			
Netz-Zuleitung	Beschädigung, Kabelverlegung			
Fahrwerk	Verformung, Schweißnähte			
Liegefläche	Verformung, Schweißnähte			
Lenkrollen	Beschädigung, Befestigung			
Verschraubungen	Befestigung, fester Sitz			
Gleiter	Bei Geräuschen tauschen			
Drehpunkte	Beschädigung			
Kunstlederbezug	Bechädigung			
Gebrauchsanweisung	vorhanden			
elektrische Messung Ableitstrom DIN EN 62353				
Ableitstrom SK II gemäß 60601-2-52	(Typ B) Grenzwert: 0,1 mA			
Funktionsprüfung				
Funktionen durchfahren	Endlagenprüfung			
Handtasterprüfung	Sperrfunktion			
Netzkabel	Zugentlastung, Quetschungen			
Drehpunkte	leichter Gang			
Seitengitter	Einrasten und Entriegeln			
Fußteil	Funktion der Rastversteller			
Lenkrollen	Bremsenprüfung			

Prüfungsergebnis		
Alle Werte im zulässigen Bereich		
Prüfung bestanden		
Prüfetikett aufgeklebt		

Maßnahme bei nicht bestandener Prüfung	
NICHT VERWENDEN! - Liege muss Instand gesetzt werden	<input type="checkbox"/>
NICHT VERWENDEN! - Liege muss entsorgt werden	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:		
geprüft am:	Prüfer:	Unterschrift: